

**RESPUESTAS A CONSULTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE SANIDAD  
AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN  
(EuropeAid/133170/D/SUP/Multi)**

**POSTOR 1**

**Consulta 1.1**

Nos gustaría saber, si ustedes realizarán algún estudio de mercado con la finalidad de alcanzarles sus propuestas, mejoras técnicas de nuestros equipos a las cuales representamos y tenemos implementados en diversos laboratorios estratégicos de nuestro país

**Respuesta 1.1**

**Negativo.** El expediente de licitación se puede obtener en las siguientes direcciones de Internet:

<https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome>, de la Unión Europea y <http://www.comunidadandina.org/servicios/empleos.htm>, de la Secretaria General de Comunidad Andina, y en la oficina correspondiente del Órgano de Contratación (Secretaria General de la Comunidad Andina/Proyecto INTERCAN Av. Aramburú Cdra. 4 esquina con Paseo de la República, San Isidro, Lima 27, Lima-Perú )

**POSTOR 2**

**Consulta 2.1**

Deseamos conocer las bases de la licitación y donde puede adquirirlas.

**Respuesta 2.1**

**El expediente de licitación se puede obtener en las siguientes direcciones de Internet:**

**<https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome>, de la Unión Europea; y,**

**<http://www.comunidadandina.org/servicios/empleos.htm> , de la Secretaria General de Comunidad Andina, y en la oficina correspondiente del Órgano de Contratación (Secretaria General de la Comunidad Andina/Proyecto INTERCAN Av. Aramburú Cdra. 4 esquina con Paseo de la República, San Isidro, Lima 27, Lima-Perú )**

**Consulta 2.2**

Deseo conocer mayor información de esta referencia. Aparentemente es una compra institucional. ¿Habría alguna base? donde las puedo adquirir si es que existe

## **Respuesta 2.2**

**Ver respuesta 2.1**

## **POSTOR 3**

### **Consulta 3.1**

En las “Instrucciones para los licitadores” artículo 12 “Tasas y otros Derechos” se indica;

*“No hay acuerdo entre la Comisión Europea y la Comunidad Andina por el que los impuestos estén parcial o totalmente exentos. Los beneficiarios finales realizarán los trámites de exenciones que aplique”*

Entendemos que los beneficiarios finales realizarán los trámites de exenciones que aplique, pero también les solicitamos **confirmar que los oferentes están totalmente exentos** de todos los derechos y impuestos (costos aduaneros, IVA, etc.) según las condiciones generales de la Comisión Europea.

### **Respuesta 3.1**

**Ver Art. 1.1 de las Instrucciones para los Licitadores.**

**Los beneficiarios finales realizarán los trámites de exenciones que aplique (Derechos e IVA o IGV)**

### **Consulta 3.2**

LOTE 14, Refrigeradora de 2 puertos; se solicita “freezer -0.4 a -14°C, capacidad 513 litros, freezer de 140 litros”.

Favor confirmar si se solicita una capacidad de refrigeradora de 513 litros y freezer 140 litros.

### **Respuesta 3.2**

**Confirmado. La solicitud de: Refrigeradora con Capacidad de 513 litros y freezer de 140 litros.**

### **Consulta 3.3**

LOTE 8, ítem 2: set de micropipetas (4 unidades); el descripción de estas micropipetas en una descripción general, no con especificaciones técnicas.

Por tanto, les solicitamos informar las especificaciones de micropipetas requeridos; rango / multi o single / electronica o manuel)?

### **Respuesta 3.3**

**Pipetas unicanal manuales (3), rangos: de 0.5 a 10 µl (1), de 10 a 100 µl(1) y de 100-1000 µl (1).**

#### **Consulta 3.4**

LOTE 17, Incubadora con microprocesador; en las especificaciones técnicas se solicitan una capacidad; “19 cu ft, E2 o 29 cuft”.

En primero dos tipos de capacidades son mencionado. En segundo; una capacidad de 19 cu ft es igual de 537,7 litros. Es un muy grande capacidad.

Favor informar la capacidad requerida en litros.

#### **Respuesta 3.4**

**19 cuft= 538.02 litros**

**29 cuft= 821.188 litros**

#### **Consulta 3.5**

LOTE 17, Incubadora con microprocesador; en las especificaciones técnicas se solicitan “humidificación por atomizador centrifugo y deshumidificación por refrigeración”.

¿Les solicitamos aclarar si la incubadora también tiene que revisar la humedad?

#### **Respuesta 3.5**

**Confirmamos la necesidad de que la incubadora con microprocesador cuente con las características de: Humidificación por atomizador y deshumidificación por refrigeración.**

### **POSTOR 4**

#### **Consulta 4.1**

Favor especificar si en caso de que la empresa postora tenga los equipos en stock ya nacionalizados, al momento de realizar la factura la comisión de la Unión Europea entregará copia de la resolución de exención del IVA, con el fin de facturar sin este impuesto.

#### **Respuesta 4.1**

**No procede**